

## Voraussetzung an Ihren Computer zum Betrieb des angebotenen Diagnostikgerätes

### Hortmann Vestlab 100

Anzahl	Beschreibung	
X	Betriebssystem:	Windows 7, 8.1, 10
X	Prozessor:	Taktfrequenz 2 GHz
X	Arbeitsspeicher:	Windows 32-bit 4 GB oder 64-bit 6 GB
X	Festplattenkapazität:	20 GB oder mehr
X	Laufwerke:	CD-ROM oder DVD-ROM
X	Auflösung:	mind. 1024x768
X	Maus	
X	Tastatur	
X	Drucker:	Windowskompatibel
	Netzwerkkarte:	mind. 100 MBit
1	USB-Port:	Typ 2.0 frei verfügbar

Wird an einen Computer ein **medizinisches elektrisches Gerät** (z. B. BERA, OAE, Video-CNG, Audiometer usw.) angeschlossen, dann muss die Stromversorgung des Computers, Bildschirms und Druckers nach den Vorschriften für Medizintechnische Geräte erfolgen. Dies kann durch einen speziellen MedPC oder durch im Beiblatt beschriebenes Zubehör geschehen. **Die Verantwortung obliegt dem Betreiber.**

Weitere wichtige Information finden Sie im Blatt „Computer – DIN EN 60601-1-1“

*Die oben aufgeführten Systemvoraussetzung sind lediglich eine Empfehlung unseres Hauses und nicht als verbindlich anzusehen. Die Kriterien der einzelnen Komponenten sind an die heutigen Ansprüche gängiger Betriebssysteme angelehnt und können mit Steigung neuer Ansprüche von Betriebssystemen und/oder Softwareaktualisierungen durchaus unzureichend werden.*

*Eine Systemempfehlung ist lediglich eine momentane Abbildung von Hard- und Softwareansprüchen und müssen zeitweise durch Fachpersonal gewartet und modifiziert werden.*